



Malem enurezės (vaikų pirminio naktinio šlapimo nelaikymo) perspėjimo įtaisas (aliarmas) MO3 Informacinis lapelis

Geriausių rezultatų pasiekama, kai:

- 1. Vaikas turi motyvaciją ir pats nori kiekvieną rytą nubusti sausas.**
- 2. Naudojant perspėjimo įtaisą vaikas nubunda nuo signalo.**
- 3. Tėvai/globėjai padeda vaikui nubusti suveikus signalizatoriui, ypač pradinėse gydymo stadijose.**



© Malem Medical 2005

1. Prijunkite daviklį prie signalizatoriaus blokeliu, įsitikinkite, kad *Easy-Clip*[®] daviklio svirtelė yra pakelta (žr. piešinėlį).
2. Signalizatoriaus blokeliu pritvirtinkite prie pažamos švarkelio ar naktinių marškinėlių peties srityje ir nuveskite laidą, kaip parodyta piešinyje.
3. Pakelkite *Easy-Clip*[®] daviklio svirtelę ir prisekite daviklį prie apatinių rūbų klostės toje vietoje, kuri, pradėjus naktį šlapintis, sušlaps pirmiausia. Daviklio gnybtais apkabinkite klostę ir nuspauskite svirtelę (pirmą kartą prieš segdami pašalinkite apsauginę juostelę).



Svarbu

Stebėkite, kad po svirtele nepatektų jokia medžiaga.

Pritvirtinkite daviklį prie medžiagos, nuspausdami svirtelę.

Apatinių baltinių medžiagos klostę įkiškite tarp daviklio gnybtų.

4. Suveikus garso signalui, reikia pasistengti ir sustabdyti nevalingą šlapinimąsi.

Išimkite *Easy-Clip*[®] daviklį, svirtelę palikite pakeltą. Išjunkite garso signalą,

paspausdami mygtuką *reset*. Po to vaikas tegul baigia šlapintis tualete. Pakeiskite daviklį ir pažamą sausais, daviklį prisekite analogiškai.

Pirmosiomis naktimis tėvų pagalba vaikui nubusti pasigirdus signalui ypač reikšminga.

Svarbu

• **Siekiant gero rezultato labai svarbu, kad vaikas, pasigirdus signalui, greitai pabustų. Tačiau daugelis vaikų, įskaitant tuos, kurie šlapinasi į lovą, miega gana kietai. Todėl pirmosiomis naktimis tėvų pagalba vaikui nubusti pasigirdus signalui ypač reikalinga.**

• Pasikalbėkite su vaiku apie daromą pažangą, geranoriškai padėsinkite jį.

• Visada skatinkite permiegoti naktį „sausai“: niekada nebarkite, jei jam nepavyko ir miegodamas pasišlapino. Padėsinimas ir parama – pagrindinis kelias į sėkmę. Jūs negalėsite padėti vaikui, kuris pats neturės motyvacijos pakeisti situaciją. Tokiu atveju pasistenkite išsiaiškinti, kodėl vaikas neturi motyvacijos pakeisti situaciją, gal yra kitų problemų.

• Siekiant išvengti atkryčių, aparatą reiktų naudoti mažiausiai dar 2 savaites po to, kai pasiekiamas rezultatas – „sausos“ naktys. Tuo pat metu prieš miegą daugiau duokite gerti. Tai leis užtvirtinti pasiektą rezultatą ir padės apsisaugoti nuo galimo atkryčio vėlesniu laikotarpiu. Venkite duoti putojančių gėrimų, arbatos, kavos.

Pastabos

• **Mygtukas *reset* garso signalą išjungs tik tuo atveju, jei *Easy-Clip*[®] daviklio svirtelė pakelta ir daviklis atsegtas nuo apatinių rūbų.**

• **Neatjunkite daviklio nuo signalizatoriaus blokeliu.**

• Aparatas neturi įjungiančio/išjungiančio jungiklio, kuriuo būtų galima išjungti aparatą ir taip ignoruoti reakciją į pasišlapinimą. Srovės tekėjimas iš baterijų trunka minutę, išskyrus atvejus, kai įsijungia signalas.

• Siekiant išvengti atsitiktinio išsijungimo, daviklis yra patikimai prijungtas prie signalizatoriaus blokeliu. Tačiau, jei reikia išvalyti ar pakeisti, jį galima atjungti. **Neatjunkite daviklio, kai aparatas dirba.**

• **Reguliariai valykite *Easy-Clip*[®] daviklį muiluotu vandeniu, nuskalaukite ir nusausinkite.**

Daviklis

Reguliariai valykite *Easy-Clip*[®] daviklį muiluotu vandeniu, nuskalaukite. Pašalinkite medžiagos likučius iš gnybtų. Nusausinkite prieš naudodami.

Daviklio laidas

Labai svarbu, kad laidas, jungiantis signalizatorių su davikliu, nebūtų pažeistas. Laidas pakankamai lankstus, todėl neturėtų sukelti nepatogumų, ir pakankamai tvirtas, kad tarnautų ilgai. Tačiau jo negalima tempti, trankyti ar kramtyti. **Niekada už laido netraukite daviklio iš po rūbų, ištraukite jį paėmę pirštais.** Niekada daviklio gnybtais nesuspauskite laido. Neatjunkite laido, norėdami nutraukti signalą.

Elektrinis saugumas

Aparatas sukurtas taip, kad atitiktų visus Sveikatos ir Britų standartų BS5724 1 dalies RE1004/03 ir IEC reikalavimus. Maksimali elektros srovė daviklyje yra mažesnė nei 10 µA. BSI sertifikato Nr.: 115627. BSI EMC bandymo sertifikato Nr.: EZ000505.

Elektrinio saugumo simbolis  Tipas BF.  ženklintas.

Gamintojas pasilieka sau teisę keisti instrukciją savo nuožiūra. 2005 Malem Medical.

**Malem enurezės (vaikų pirminio naktinio šlapimo nelaikymo) perspėjimo įtaisas (aliarmas)
Modelis MO3**

